

# Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

## Hinweis auf Qualitätsmangel bei bestimmten KN95- Masken

Verwandte Themen:

Coronavirus

---

Datum 05.02.2021

Nach dem Hinweis aus einem Gesundheitsamt über im Umlauf befindliche mangelhafte KN95-Masken warnt das Gesundheitsministerium vor deren Nutzung.



© Sozialministerium

Masken mit folgender Bezeichnung sollten derzeit **nicht** genutzt werden:

KN95 Protective Mask,  
Model No: ZX-168,  
GB-2626-2006

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aufgrund deutlicher Mängel ihre Funktion nicht erfüllen und dadurch die Übertragung einer Infektion

begünstigen.

Die Masken entsprechen nach den derzeitigen Kenntnissen auch nicht den Anforderungen der geltenden SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, dürfen also beispielsweise auch nicht in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Der Vertriebsweg ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

---

## Aktuelles auf schleswig-holstein.de:

Sicher unterwegs im Internet

Erste Online-Fachtagung zum Lernen in der Distanz

Stabile und zukunftsfähige Netze

Mehr Planungssicherheit für Frauenhäuser

Alle Meldungen